

Axicon Linear Barcode-Verifier-Software

Neu in Version 2.3.0 von Verifier.EXE (28. April 2021)

Verbesserungen:

- Führen Sie das `Reppen% CSVSep%` -Tag ein, um die Verwendung anderer Trennzeichen als `'` zu ermöglichen, ohne die Vorlagendatei zu ändern.
- Batch-Dateien, die von 'Befehl zum Ausführen beim Speichern von Dateien' aufgerufen werden: 'können jetzt Reppen aufrufen, ohne den vollständigen Pfad zu `reppen.exe` angeben zu müssen, oder das Verifizierer-Installationsverzeichnis zu `% PATH%` hinzufügen.
- Aktualisierte Übersetzungen für traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Französisch und Japanisch.
- Laetus Pharmacode Verifier ist jetzt standardmäßig installiert.
- Neue Anwendungskennungen 395n & 4300 - 4326 zu AICheck hinzugefügt.
- 'Nach Updates suchen ...' zum Hilfemenü hinzugefügt.

Fehlerbehebung:

- Fix Code 128 suboptimale Verpackung wird nicht korrekt gemeldet, wenn auf Funktion 1 in Satz A oder B vier oder mehr Ziffern folgen.
- Behebung eines Syntaxfehlers in der CSV-Datei beim Speichern des Reppen-Vorlagenskripts `csv-scanfile.pas`.
- Beheben Sie einige mögliche Abstürze beim Scannen mehrzeiliger Datenbankcodes.
- RMin beim Speichern von CSV-Dateien ist jetzt der Prozentwert und nicht die ISO-Note, um die Konsistenz mit anderen ISO-Parametern zu gewährleisten.
- Behebung des Fehlers "Format '% s' ungültig oder nicht mit Argument kompatibel", wenn die Kalibrierung fehlschlägt (seit 2.2.6).
- Installieren Sie ältere Treiber unter Windows XP für klassische Verifizierer.
- Korrigieren Sie Plugin-Ergebnisse, die in ScanDB in den falschen Feldern angezeigt werden, wenn ein Plugin-Ergebnis vorhanden, aber in der Scan-Datei leer ist.
- Vermeiden Sie gelegentlich beschädigte Scandateien, wenn Sie auf einer unzuverlässigen Netzwerkfreigabe speichern.